86620610

Mangeshikar Uterus-Manipulator Advanced+, Intrauterin-Element











Technische Daten

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIa
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A
Zusätzliche Produktinformation	
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418749541