



**86710039**

Schäfte für Resektoskopie, Dauerspülschaft Innen mit Keramikspitze  
rotierbar



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Schaftdurchmesser in Charr	24 Charr
----------------------------	----------

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

### Zusätzliche Produktinformation

Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418741361