



86710034

Schäfte für Resektoskopie, Dauerspülschaft mit 2 Hähnen



Technische Daten

Maße und Gewichte

Schaftdurchmesser in Charr 24 Charr

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar Ja

Manuelle Wiederaufbereitung Ja, bezogen auf IFU

Waschmaschine 95 °C

Autoklav-Sterilisation max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG Klasse IIb

Verordnung (EU) 2017/745 N/A

FDA Zulassung N/A

Zusätzliche Produktinformation

Verpackungseinheit 1

GTIN 04250418742221